


Sistema de implantes GMI

PHOENIX



**Guía de
procedimientos
quirúrgicos**

ACERCA DE ESTE MANUAL

La guía de procedimientos quirúrgicos o manual quirúrgico del sistema de implantes **GMI phoenix** está diseñado exclusivamente para ofrecer instrucciones de uso de los productos **GMI phoenix**, y no pretende describir los métodos o procedimientos de diagnóstico, la planificación del tratamiento o la localización de los implantes, ni sustituir la formación clínica o el juicio del clínico sobre las necesidades de cada paciente. **GMI** recomienda una formación específica y adecuada como prerrequisito para la colocación de implantes y su tratamiento asociado.

Los procedimientos ilustrados y descritos en este manual reflejan a un paciente ideal con el hueso y el tejido blando necesario para la colocación del implante. No se pretende cubrir el amplio rango de condiciones adversas que pueden afectar negativamente al éxito de la cirugía o de la rehabilitación. **La experiencia y el juicio del clínico en relación a cualquier caso específico deben estar siempre por encima de las recomendaciones efectuadas en este o cualquier otro manual de GMI.**

Rx only - Precaución: La ley federal (EE.UU.) limita la venta de estos dispositivos a dentistas o médicos autorizados.

ÍNDICE DE CONTENIDOS



INTRODUCCIÓN

Descripción del sistema de implantes	4
Kit quirúrgico GMI phoenix	7
Instrumental quirúrgico opcional	10

PROTOCOLO QUIRÚRGICO (1ª ETAPA)

Fresado del lecho óseo	13
Secuencias de fresado GMI phoenix	16
Inserción del implante	18

PROTOCOLO QUIRÚRGICO (2ª ETAPA)

Pilares de cicatrización	22
Pilares de cicatrización para pilares multi-estéticos	23



► INDICACIONES DE USO

El sistema de implantes dentales **GMI phoenix** está diseñado para su colocación quirúrgica en la mandíbula y el maxilar superior y servir de soporte a dispositivos protésicos como los dientes artificiales con el fin de restituir la función masticatoria del paciente. Estos dispositivos sólo pueden ser utilizados por profesionales cualificados.

► CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


ELEVADA ESTABILIDAD PRIMARIA

La rosca del cuerpo del implante permite obtener una buena estabilidad primaria en todas las densidades óseas.




CONEXIÓN HEXAGONAL UNIVERSAL

Hexágono externo universal de plataforma RP Hex 2,70 x 0,70 mm. Mecanizado de alta precisión para minimizar el juego rotacional.



EXCELENTE RESPUESTA BIOLÓGICA

Implante fabricado en titanio puro GR IV con tratamiento de superficie exclusivo ADS que genera una excelente respuesta biológica favoreciendo la osteointegración del implante incluso en los casos más complicados.



► GAMA DE IMPLANTES GMI PHOENIX

La gama de implantes **GMI phoenix** está formada por implantes disponibles en 5 diámetros diferentes y diferentes longitudes para adaptarse a todas las situaciones clínicas:


Ø ROSCA EXT.	Ø3,30 mm	Ø3,30 mm	Ø3,75 mm	Ø4,00 mm	Ø5,00 mm	Ø6,00 mm
COLOR						
ØPLATAFORMA	Ø3,30 mm	Ø4,10 mm	Ø4,10 mm	Ø4,10 mm	Ø5,10 mm	Ø6,00 mm
HEX. EXTERNO	e/c-2,40 mm	e/c-2,70 mm	e/c-2,70 mm	e/c-2,70 mm	e/c-2,70 mm	e/c-3,40 mm
LONGITUDES	De 8 a 15 mm	De 8 a 17 mm	De 8 a 17 mm	De 8 a 17 mm	De 6,5 a 13 mm	De 6,5 a 10 mm

► RECOMENDACIONES DE USO

Antes de empezar cualquier tipo de procedimiento quirúrgico con los implantes **GMI** siga las siguientes recomendaciones previas:

- Planifique el tratamiento usando las plantillas radiológicas o planificación digital.
- Respete las distancias entre implante y diente adyacente y entre implantes adyacentes.
- Lea atentamente las instrucciones de uso en www.gmidental.com/ifu.
- Familiarícese con todas las piezas de instrumental y su uso.
- Lea las secuencias de fresado específicas para cada diámetro de implante.
- Limpie y esterilice adecuadamente el kit quirúrgico siguiendo las instrucciones de uso.

Los implantes **GMI phoenix** han sido diseñados para ser utilizados como restauración unitaria según el siguiente diagrama oclusal:




PROEIN

DESCRIPCIÓN DEL ETIQUETADO DEL SISTEMA DE IMPLANTES


En la tabla se detallan todos los símbolos que aparecen en las etiquetas y cajas del sistema de implantes, con su correspondiente descripción.

1		Referencia
2		Número de Lote
3		Fecha de caducidad
4		Identificador único de producto
5		Dispositivo médico
6		Fabricante
7		Esterilizado usando radiación gamma
8		Sistema de barrera estéril único con embalaje de protección exterior
9		De un solo uso
10		No utilizar si el envase está dañado o abierto
11		No reesterilizar
12		RM Condicional: los dispositivos no suponen ningún peligro conocido en un entorno RM específico con condiciones de uso concretas
13		Fecha de fabricación
14		Instrucciones de uso electrónicas gmdental.com/IFU
15		Marco de conformidad europeo
16		Venta limitada a dentistas o médicos autorizados
17		No estéril

Etiqueta implante



Etiqueta aditamentos







Conexión y plataforma



Caja implante

Sobre aditamentos

KIT QUIRÚRGICO
GMI PHOENIX



PHOENIX

El **kit quirúrgico GMI phoenix** está formado por una caja de plástico técnico autoclavable que incluye todos los componentes necesarios para la preparación del lecho óseo y la colocación del implante.


FRESAS DENTALES



- **Fresa lanza:** Permite marcar el principio de la osteotomía y efectuar la perforación inicial de la tabla cortical.
- **Fresa piloto:** Permite iniciar la osteotomía efectuando un fresado de $\varnothing 2,00$ mm a la profundidad deseada. Para el control de la profundidad pueden utilizarse las marcas de profundidad de alto contraste o los toques para fresas GMI.
- **Fresa guía:** Permite ensanchar la osteotomía de $\varnothing 2,00$ a $\varnothing 2,70$ mm de forma concéntrica utilizando la guía incorporada.
- **Fresas finales:** Permiten ensanchar progresivamente la osteotomía hasta la profundidad y el diámetro final necesario para colocar el implante. Para el control de la profundidad pueden utilizarse las marcas de profundidad de alto contraste o los toques para fresas GMI.



PARALELIZADORES



Permiten, una vez insertados en el lecho óseo, comprobar el paralelismo entre la preparación y el resto de estructuras o implantes adyacentes. Pueden utilizarse por los dos lados dependiendo del diámetro del fresado: por un lado miden $\varnothing 2,00$ mm y por el otro $\varnothing 2,80$ mm.




MEDIDORES DE PROFUNDIDAD



Permiten, una vez insertados en la osteotomía, comprobar la profundidad de la preparación para adaptarla a la longitud del implante a colocar. Hay dos modelos con diferentes diámetros: Ø2,80 mm y Ø3,50 mm. Llevan las marcas de las longitudes de los implantes (L6,5/L8/L10/L11,5/L13/L15/L17).



ALARGADOR



Permite, en los casos en que sea necesario, incrementar en 15 mm la longitud de los componentes con conexión CA.



LLAVES HEXAGONALES HEX-1,20



Permiten, una vez introducidas en el alojamiento hexagonal de las piezas, atornillar y aflojar los tapones de cierre, los pilares de cicatrización y los tornillos clínica. Están diseñadas tanto para su uso manual como acopladas a la llave de carraca IP. Están disponibles en versión larga (28 mm) y corta (21 mm).



LLAVES TRANSPORTADOR



Permiten, una vez insertadas correctamente en la conexión del transportador, extraer el implante del envase, introducirlo en boca, iniciar el roscado de forma manual en el lecho óseo y efectuar la inserción final con la llave de carraca IP. Están disponibles en versión corta y larga. También existe una versión con conexión CA.



PHOENIX


LLAVES PARA TAPONES DE CIERRE



Permiten, una vez han sido correctamente insertadas en el hexágono del tapón de cierre, extraerlos del tapón primario, introducirlos en boca y roscarlos al implante. Están disponibles en versión HEX-0,80 para implantes de $\varnothing 3,30$ mm con plataforma $\varnothing 3,30$ mm y HEX-1,20 para el resto de la gama.




LLAVE CARRACA IP




Llave de carraca con indicador de par (IP) que permite por un lado controlar el par de inserción efectuado al roscar el implante durante la fase quirúrgica, y por otro aplicar el par de apriete de forma precisa sobre los aditamentos de la fase protésica. Ver instrucciones de uso para referencia.



LLAVE TRANSPORTADOR PLANA 45°



Permite, una vez acoplada al hexágono externo del transportador, evitar el giro del implante cuando se afloja el tornillo clínica.



INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO OPCIONAL



En este apartado se incluye el instrumental quirúrgico opcional que se utiliza sólo en casos concretos y que no forma parte del kit quirúrgico **GMI phoenix**.

TREPANTES GINGIVALES

Permiten efectuar incisiones circulares directamente en el tejido blando, evitando tener que efectuar técnica con colgajo para descubrir el lecho del implante. Están disponibles en diámetros de corte de $\varnothing 5,00$ y $\varnothing 6,00$ mm.



FORMADORES DE ROSCA

Permiten labrar la rosca del implante en el lecho óseo una vez se ha finalizado la preparación para facilitar el roscado de los implantes en huesos densos tipo I y tipo II. Están disponibles para cada uno de los diámetros de implantes de forma separada y en un kit que incluye todos los formadores del sistema **phoenix**.

ADAPTADOR LLAVE CA

Adaptador que permite utilizar todas las llaves con conexión CA (contra-ángulo) de forma manual o acopladas a la llave de carraca IP.

TOPES PROFUNDIDAD PARA FRESAS

Permiten controlar de forma sencilla, precisa y segura la profundidad del fresado del lecho óseo en función de la longitud del implante a colocar. Están disponibles en tres diámetros en función del diámetro de la fresa a utilizar: L1 (para fresas entre $\varnothing 2,0$ mm y $\varnothing 3,0$ mm) L2 (para fresas entre $\varnothing 3,2$ mm y $\varnothing 4,3$ mm) y L3 (para fresas entre $\varnothing 4,5$ mm y $\varnothing 5,4$ mm) y para longitudes de implantes comprendidas entre 6,5 y 15 mm. Están disponibles por separado o en un kit que incluye todos los topes.

EXTRACTOR DE IMPLANTES

Permite, una vez introducido en la rosca interior del implante, la extracción de un implante fracasado del lecho óseo evitando el uso de trefinas y, por tanto, preservando una mayor cantidad de hueso. Están diseñadas para ser utilizadas de forma manual con la llave de carraca dinamométrica IP.




PRODEEN

PROTOCOLO QUIRÚRGICO (1a etapa)




FRESADO DEL LECHO ÓSEO




1. Anestesiarse

Aplicar anestesia infiltrativa en los tejidos blandos siguiendo los procedimientos clínicos habituales.




2. Efectuar incisión tejidos blandos

Identificar las zonas anatómicas a respetar y descubrir el hueso en la zona de colocación del implante efectuando una incisión crestal con bisturí, para técnica con colgajo, o utilizando un trepante gingival manual, para técnica sin colgajo, (Ref. KYLOF0024 o KYLOF0082) o con conexión CA (Ref. KYLOC0074 o KYLOC0075).



3. Marcar inicio osteotomía


Fijar la velocidad del motor entre 1200-1500 rpm, en función de la densidad del hueso, y utilizar la fresa lanceolada (Ref. KYF0C1225) para marcar el hueso e iniciar la osteotomía. Utilizar refrigeración externa abundante con solución salina a baja temperatura.



4(a). Efectuar fresado inicial

Fijar la velocidad del motor entre 900-1200 rpm, en función de la densidad del hueso, y utilizar la fresa piloto de Ø2,00 mm (Ref. KYF0C2221) para determinar la inclinación y la profundidad de la osteotomía. Utilizar refrigeración externa abundante con solución salina a baja temperatura.


PRODEM



4(b). Control de profundidad de las fresas


Para controlar la profundidad de la osteotomía utilizar las marcas visuales de alto contraste de la fresa o el tope adecuado.

Para referencia ver instrucciones de uso de los topes **GMI**.




5. Comprobar posición y paralelismo

Insertar el paralelizador por el lado del diámetro $\text{Ø}2,00$ mm (Ref. KYLOC0078) para comprobar la posición y el ángulo de la osteotomía.




6. Efectuar fresado guía

Fijar la velocidad del motor entre 800-900 rpm, en función de la densidad del hueso, y utilizar la fresa guía (Ref. KYF0C3227) para efectuar un fresado concéntrico que ayudará a centrar la siguiente fresa de la secuencia. Utilizar refrigeración externa abundante con solución salina a baja temperatura.



7(a). Efectuar ensanchamiento de la osteotomía


Fijar la velocidad del motor entre 400 y 700 rpm en función de la densidad del hueso, y utilizar las fresas de $\text{Ø}2,80$ a $\text{Ø}5,10$ mm (Ref. KYC0C01XX) para ir ensanchando progresivamente la osteotomía. Utilizar la secuencia de fresado adecuada para cada diámetro de implante (ver apartado siguiente para referencia). Utilizar refrigeración externa abundante con solución salina a baja temperatura.



7(b). Control de profundidad de las fresas


Para controlar la profundidad de la osteotomía utilizar las marcas visuales de alto contraste de la fresa o el tope adecuado.

Para referencia ver instrucciones de uso de los topes **GMI**.



8. Comprobar profundidad

Insertar el medidor de profundidad de $\varnothing 2,80$ mm (Ref. KYLOC0094) o $\varnothing 3,50$ mm (Ref. KYLOC0095) para comprobar la profundidad de la osteotomía al efectuar el fresado final para cada diámetro de implante. Aumentar la profundidad de la osteotomía en caso de no tener la profundidad necesaria.



9. Pasar formador de rosca (OPCIONAL)

En el caso de huesos densos (Tipo I y Tipo II) utilizar los formadores de rosca (Ref. KYMOC00XX) para formar la rosca del implante en el hueso y evitar tener que aplicar un par de inserción excesivamente elevado durante la inserción del implante.




A continuación se detallan las secuencias de fresado del sistema de implantes **GMI phoenix** y las condiciones de corte recomendadas para su uso:

- **Fresa lanceolada:** 1200-1500 rpm.
- **Fresa piloto:** 900-1200 rpm.
- **Fresa guía:** 800 rpm.
- **Fresas finales:**
 - Ø2,80 mm -----> 500-700 rpm.
 - Ø3,00 - Ø3,50 mm -----> 400-700 rpm.
 - Ø4,00 - Ø5,10 mm -----> 400-600 rpm.


► SECUENCIA IMPLANTE PHOENIX Ø3,30 mm

- 1- Fresa lanceolada (KYF0C1225)
- 2- Fresa piloto (KYF0C2221)
- 3- Fresa guía (KYF0C3227)
- 4- Fresa Ø2,80 mm (KYF0C0128)
- 5- Formador rosca Ø3,30 mm (KYM0C0009)*



► SECUENCIA IMPLANTE PHOENIX Ø3,75 mm


- 1- Fresa lanceolada (KYF0C1225)
- 2- Fresa piloto (KYF0C2221)
- 3- Fresa guía (KYF0C3227)
- 4- Fresa Ø2,80 mm (KYF0C0128)
- 5- Fresa Ø3,25 mm (KYF0C0132)
- 7- Formador rosca Ø3,75 mm (KYM0C0010)*



* Opcional para huesos densos tipo I y tipo II.


► SECUENCIA IMPLANTE PHOENIX Ø4,00 mm

- 1- Fresa lanceolada (KYF0C1225)
- 2- Fresa piloto (KYF0C2221)
- 3- Fresa guía (KYF0C3227)
- 4- Fresa Ø2,80 mm (KYF0C0128)
- 5- Fresa Ø3,50 mm (KYF0C0135)
- 6- Formador rosca Ø4,00 mm (KYM0C0011)*




► SECUENCIA IMPLANTE PHOENIX Ø5,00 mm

- 1- Fresa lanceolada (KYF0C1225)
- 2- Fresa piloto (KYF0C2221)
- 3- Fresa guía (KYF0C3227)
- 4- Fresa Ø2,80 mm (KYF0C0128)
- 5- Fresa Ø3,00 mm (KYF0C0130)
- 6- Fresa Ø3,50 mm (KYF0C0135)
- 7- Fresa Ø4,25 mm (KYF0C0143)
- 8- Formador rosca Ø5,00 mm (KYM0C0012)*



► SECUENCIA IMPLANTE PHOENIX Ø6,00 mm

- 1- Fresa lanceolada (KYF0C1225)
- 2- Fresa piloto (KYF0C2221)
- 3- Fresa guía (KYF0C3227)
- 4- Fresa Ø2,80 mm (KYF0C0128)
- 5- Fresa Ø3,00 mm (KYF0C0130)
- 6- Fresa Ø3,50 mm (KYF0C0135)
- 7- Fresa Ø4,25 mm (KYF0C0143)
- 8- Fresa Ø5,10 mm (KYF0C0151)
- 9- Fresa Ø5,40 mm (KYF0C0154)
- 10- Formador rosca Ø6,00 mm (KYM0C0015)*



* Opcional para huesos densos tipo I y tipo II.

NOTA: El proceso recomendado por GMI no puede sustituir el criterio y experiencia del cirujano.



1. Comprobación inicial

Comprobar que la pegatina indicadora de diámetro y longitud, situada en la parte inferior de la caja exterior, coincide con el diámetro y la longitud del implante que se desea colocar. Comprobar que la fecha de caducidad que sale en la etiqueta frontal es posterior a la fecha de uso.



2. Abrir envase exterior

Abrir la pestaña de la caja de cartón y extraer el envase secundario y las etiquetas adhesivas identificativas del producto. Comprobar la integridad del envase secundario. En caso de que se aprecie algún tipo de manipulación del producto descartarlo.




3. Abrir el envase secundario y extraer envase primario

Comprobar el precinto de seguridad del envase secundario y descartar el implante si se observan signos de que ha sido manipulado. Desenroscar el tapón en sentido anti-horario para romper el precinto. Extraer el envase primario evitando golpearlo contra una superficie rígida.



4. Abrir tapón del envase primario

Sujetar el envase primario de forma vertical con el tapón hacia arriba y abrir el tapón efectuando un movimiento lateral. Guardar el tapón primario de forma vertical para la última fase de la cirugía ya que contiene el tapón de cierre en su interior.



5. Introducir la llave de inserción en el implante


Manteniendo el envase en posición vertical, insertar la llave de inserción **phoenix** corta o larga para carraca (Ref. KYLOF0123 o KYLOF0124) en el interior del transportador, teniendo en cuenta orientar correctamente el hexágono de la llave y del transportador, hasta que haga tope.

Importante: Asegurarse que la llave se ha insertado completamente en el transportador antes de retirarla del soporte interior.




6. Extraer el conjunto del envase primario

Una vez se ha insertado correctamente la llave en el transportador extraer suavemente el conjunto de la forma más vertical posible, evitando en lo posible que el implante roce con el soporte de titanio.



7. Inserción del implante

Efectuar la inserción inicial del implante de forma manual en el lecho óseo preparado en el paso anterior.




8. Finalizar la inserción del implante

Finalizar la inserción del implante con la llave de carraca dinamométrica IP hasta que quede colocado a nivel crestal, aplicando un par de **35 N•cm**. Ayudándose de las caras del hexágono extraer el transportador, orientar una de las caras del hexágono del implante hacia facial.


Importante: No superar los **60 N•cm** durante la inserción del implante para evitar la deformación de la conexión.

PROEIM




9. Desmontar transportador

Desatornillar el tornillo clínica y desmontar el transportador efectuando un pequeño giro en sentido anti-horario si es necesario. Utilizar la llave plana (Ref. KYLOC0093) para evitar el giro del conjunto mientras se afloja el tornillo clínica.




10. Extraer tapón de cierre

Insertar la llave HEX-1,20 mm (Ref. KYLOC0011) o la llave HEX-0,80 mm (Ref. KYLOC0092) en el hexágono del tapón de cierre y ejercer una ligera presión hacia abajo. Efectuando un pequeño giro en sentido anti-horario extraer el conjunto llave-tapón de cierre del alojamiento interior del tapón primario.



11. Colocar tapón cierre en el implante



Comprobar que la conexión está libre de restos de hueso o tejido blando. Utilizando la llave adecuada (HEX-1,20 o HEX-0,80) rosca de forma manual el tapón de cierre al implante, aplicando un par máximo de **15 N•cm**.




12. Suturar la incisión

Comprobar que el implante ha quedado en la posición correcta y que el tapón de cierre asienta perfectamente en la conexión. Suturar la incisión según los procedimientos clínicos habituales. Efectuar una radiografía de control para comprobar la correcta colocación del implante y adjuntarla al registro.


PROTOKOLO
QUIRÚRGICO
(2a etapa)





1. Descubrir tapón de cierre


Una vez obtenida la osteointegración del implante, en el caso de protocolo con carga diferida, proceder con la segunda etapa de la cirugía efectuando una incisión para descubrir el tapón de cierre.



2. Retirar tapón de cierre


Desenroscar de forma manual el tapón de cierre con la llave HEX-1,20 mm (Ref. KYLOC0011) o HEX-0,80 mm (Ref. KYLOC0092) y extraerlo del implante.

Comprobar que la conexión del implante está libre de hueso o tejidos blandos.



3. Seleccionar y roscar el pilar de cicatrización

Seleccionar la altura y el diámetro del pilar de cicatrización en función del perfil de emergencia deseado y del grosor de los tejidos blandos existentes. Roscar el pilar seleccionado al implante de forma manual con la llave HEX-1,20 mm (Ref. KYLOF0128) aplicando un par máximo de **15 N•cm**.



4. Comprobar altura y suturar

Comprobar que el pilar de cicatrización está correctamente asentado en el implante, y que éste sobresale entre 1 y 1,5 mm por encima del nivel de la encía.

Suturar los tejidos blandos alrededor del pilar y esperar hasta que haya finalizado la fase de cicatrización.

PILARES DE CICATRIZACIÓN PARA PILARES ME



► FUNCIÓN

Los pilares de cicatrización para pilares multi-estéticos son las piezas encargadas de proteger la conexión de los pilares y evitar la irritación de los tejidos blandos después de la cirugía, cuando no se va a efectuar una restauración inmediata.

► MATERIAL NECESARIO



Pilar ME recto



Pilar cicatrización ME



Pilar ME inclinado



Llaves PME
HEX-2,00 -
HEX-2,50




Llave HEX-1,20
PME inclinado




Llave manual-
HEX-1,20

► PROCEDIMIENTO



1. Descubrir tapones cierre

Una vez obtenida la osteointegración del implante, en el caso de protocolo con carga diferida, proceder con la segunda etapa de la cirugía efectuando una incisión para descubrir los tapones de cierre.




2. Retirar tapones cierre

Desenroscar de forma manual los tapones de cierre del implante con la llave HEX-1,20 mm (Ref. KYL0C0011) o HEX-0,80 mm (Ref. KYL0C0092) y extraerlos de los implantes.


Comprobar que las conexiones de los implantes están libres de hueso o tejidos blandos.

PRODEM




3. Seleccionar y roscar los pilares ME rectos

Seleccionar la altura de emergencia y el diámetro de los pilares ME rectos en función de la plataforma del implante y del grosor existente de tejidos blandos. Roscar los pilares seleccionados a los implantes de forma manual con la llave para pilar ME (Ref. KYLOC0149 o KYLOC0098), y finalizar el apriete con la llave acoplada a la carraca dinamométrica IP aplicando un par de apriete de **30 N•cm**.




4. Seleccionar y roscar los pilares ME inclinados

Seleccionar el diámetro y la angulación de los pilares ME en función de la angulación y de la plataforma del implante. Orientar el pilar y roscar el tornillo del pilar ME inclinado al implante de forma manual con la llave para pilar ME inclinado (Ref. KYLOF0130). Desenroscar el orientador del pilar y finalizar el apriete con la llave acoplada a la carraca dinamométrica IP aplicando un par de apriete de **30 N•cm**.



5. Seleccionar y roscar los pilares de cicatrización ME

Comprobar que la plataforma y el cono de los pilares multi-estéticos están libres de hueso y tejidos blandos. Seleccionar el pilar de cicatrización en función de la plataforma del pilar multi-estético y roscarlo al implante de forma manual con la llave HEX-1,20 mm (Ref. KYLOF0128) aplicando un par máximo de **15 N•cm**.



6. Comprobar y suturar

Comprobar que todos los pilares de cicatrización están correctamente asentados.

Suturar los tejidos blandos alrededor de éstos.



 GMI Dental Implantology, S.L.
"Pol. Ind. El Segre" C/ Enginyer Mies 705 B - 25191 Lleida (Spain)
Tel: +34 973 184 350 - info@gmidental.com - www.gmidental.com

